

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李锐</u>	
	职称: <u>主治医师</u>	
	工作单位: <u>广西中医药大学一附院</u>	
项目信息	项目名称: <u>BD 流式细胞仪 405nm 激光器升级</u>	
	项目预算金额: <u>52.5 万元</u>	
	供应商名称: <u>广西海莱博科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>因该院原有BD流式细胞仪不能满足临床科研需要,为3更好地服务临床,对原有设备进行升级。由2流式细胞仪(4-2),升级为3激光9色(4-2-3)。可以在现有流式细胞仪的基础上增加至少3种细胞标志物的分析。为3临床工作的一致性和连续性,需保证设备的完整性,该项设备只能由原设备BD FACS Melody流式细胞仪厂家碧迪医疗器械(上海)有限公司提供,而广西海莱博科技有限公司是唯一一家经碧迪医疗器械(上海)有限公司授权许可,获准在广西区域代理销售的公司。采购需求总结如下:</p> <p>本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”,符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源方式管理的通知》第一条(五)“需要执行政府采购政策等特殊情形,所以建议采用单一来源的方式向广西海莱博科技有限公司采购。”</p>	
专业人员签字	<u>李锐</u>	日期: <u>2023</u> 年 <u>9</u> 月 <u>12</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>马国程</u>
	职称: <u>副主任医师</u>
	工作单位: <u>南宁市疾控中心</u>
项目信息	项目名称: <u>BD 流式细胞仪 405nm 激光器升级</u>
	项目预算金额: <u>52.5 万元</u>
	供应商名称: <u>广西海莱博科技有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>采购单位为了增加检测项目,最大化现有流式细胞仪的分析功能,现需购置BD流式细胞仪激光器升级套件。目前,该设备只能由原设备BD流式细胞仪厂家碧迪医疗器械(上海)有限公司提供,而广西海莱博科技有限公司是广西唯一授权代理商。因此,只有该公司提供的产品符合本次项目采购。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”;《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《桂财规〔2021〕4号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一条第(五)“需执行政府采购政策等特殊情形”。建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">  </div> <div style="width: 55%;">                 日期: <u>2023年9月12日</u> </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭召平	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 九三三医院	
项目信息	项目名称: BD 流式细胞仪 405nm 激光器升级	
	项目预算金额: 52.5 万元	
	供应商名称: 广西海莱博科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院设备BD FACS Melody流式细胞仪由碧迪医疗器械(上海)有限公司提供,广西海博科技有限公司是经碧迪医疗器械(上海)有限公司授权许可,获准在广西区域代理销售的公司,负责该设备的升级项目。</p> <p>本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”,符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《桂财规〔2021〕4号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一章第(五):需要执行政府采购政策等特殊情形。所以建议采用单一来源的方式向广西海莱博科技有限公司采购。</p>	
专业人员签字	郭召平	日期: 2023年9月12日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。